



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

Estado de São Paulo  
**PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**Ofício Pregão nº 03/2022**

**Pregão Eletrônico nº 12/2022**

Pirassununga, 04 de fevereiro de 2022.

Prezados Senhores,

Trata-se de pedido de esclarecimento, conforme abaixo:

1) Qual o tempo de leitura desejado para esses indicadores?

O TEMPO DE LEITURA DEVERÁ SER DE 3 HORAS (LEITURA RÁPIDA)

2) Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato? Se sim, qual quantidade?

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SERÁ NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DE INCUBADORA EM COMODATO. A QUANTIDADE SOLICITADA SERÁ DE 02 (DUAS) INCUBADORAS EM COMODATO.

3) Quantas unidades deverá ter a caixa do produto?

AS CAIXAS DEVERÃO POSSUIR 10 AMPOLAS CADA UMA.

Como as respostas dadas pela unidade requisitante influenciará diretamente a elaboração das propostas, o Edital deverá ser retificado, reabrindo-se os prazos, conforme Art. 21 § 4º.

Atenciosamente,

**Rafaela C. Machnosck Martins**  
Pregoeira