



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Ofício Pregão nº 06/2022

Pregão Eletrônico nº 12/2022

Pirassununga, 14 de fevereiro de 2022.

Prezados Senhores,

Trata-se de pedido de esclarecimento, conforme abaixo:

1) ITEM 119 - INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS

Apesar da retificação publicada, ainda existem divergências no descritivo do item 119.

O descritivo pede: ".....ficando com A COLORAÇÃO AMARELA se o esporo sobreviver e PURPURA se o esporo for morto....." Esse processo é para Indicadores Biológicos com leitura por COLORIMETRIA.

De acordo com a correção do edital, o tempo de leitura de 3 horas é por FLUORESCÊNCIA. Descaracterizando assim, o que pede o descritivo.

O edital, na forma que ainda está, apresenta vício e não é claro quanto ao produto a ser ofertado no item 119.

Outra questão: Não há histórico no mercado de apresentação de Indicadores Biológicos com leitura em 3 horas em caixas com 10 unidades.

Sendo assim questionamos:

- Qual o descritivo correto que devemos nos nortear para cotar o item 119 sem erros?
- Quantos indicadores deverão ter na embalagem do produto licitado no item 119.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Resposta: Segue manifestação da Secretaria requisitante:

"Tendo em vista o pedido de esclarecimento, foi realizado contato com o setor requisitante visando esclarecer os pontos duvidosos.

Sendo assim, identificamos como melhor opção o cancelamento do item possibilitando a revisão do descritivo do mesmo."

Pelos motivos acima expostos, o item 119 será cancelado.

A sessão ocorrerá normalmente n dia 21 de fevereiro, a partir das 9h, porém, sem disputa para referido item.

Atenciosamente,

Rafaela C. Machnosck Martins
Pregoeira