



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 4573165000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2531/2023
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 56

Anexo I

COTA PRINCIPAL

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total	Cota
1.2	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA Equipamento que avalia, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considera as variáveis clínicas para aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais. Tecnologia de Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Identificação automática do paciente (Adulto ou Infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possui energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, tendo possibilidade configurar até 360 joules (opcionalmente) e infantil limitando em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules < 4 segundos. Possui botão de choque luminoso. LED: Mostradores de LED para informações das etapas de atendimento da RCP. TELA LCD: Display em cristal líquido > 4,0 " incorporado no próprio gabinete para exibir as instruções em português. INDICA traçado de ECG, número de choques e tempo de funcionamento além de mensagens e comando por texto e voz em português Equipamento exibe no display de cristal líquido colorido o traçado do eletrocardiograma (ECG), o status da bateria, a frequência cardíaca. Descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador. Alarmes sonoros e visuais de bateria fraca. Realiza auto teste periodicamente Informando o percentual da bateria e condições de uso. BATERIA RECARREGÁVEL: Tipo: Li-ion. Duração mínima: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco ou um mínimo de 300 choques em 200 Joules. Tempo mínimo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Capacidade da bateria recarregável para mais de 300 choques em 200 joules ou 12 horas de monitoramento.</p> <p>BATERIA DESCARTÁVEL INDEPENDENTE DAS PÁS. Duração mínima da bateria : Mais de 140 choques em 200 J ou 10 horas de monitorização contínua. Permite registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Índice de proteção IP 56. Peso <1,3 KG. Equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: NBR IEC 60601-1;NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8 e NBR 60601-2- 4. Registro na ANVISA. Acompanha os acessórios: 1 Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável. 01 jogo de eletrodos descartável adulto 01 kit de primeiros Socorros 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Com licença livre para instalação. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	UN	17,0000	9.568,44	162.663,54	77,27 %

COTA RESERVADA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total	Cota
1.1	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA Equipamento que avalia, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considera as variáveis clínicas para aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais. Tecnologia de Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Identificação automática do paciente (Adulto ou Infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possui energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, tendo possibilidade configurar até 360 joules (opcionalmente) e</p>	UN	5,0000	9.568,44	47.842,22	22,73 %



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2531/2023

Nº Licitação: 56

Modalidade: PREGÃO

infantil limitando em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules < 4 segundos. Possui botão de choque luminoso. LED: Mostradores de LED para informações das etapas de atendimento da RCP. TELA LCD: Display em cristal líquido > 4,0 " incorporado no próprio gabinete para exibir as instruções em português. INDICA traçado de ECG, número de choques e tempo de funcionamento além de mensagens e comando por texto e voz em português. Equipamento exibe no display de cristal líquido colorido o traçado do eletrocardiograma (ECG), o status da bateria, a frequência cardíaca. Descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador. Alarmes sonoros e visuais de bateria fraca. Realiza auto teste periodicamente Informando o percentual da bateria e condições de uso. BATERIA RECARREGÁVEL: Tipo: Li-ion. Duração mínima: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco ou um mínimo de 300 choques em 200 Joules. Tempo mínimo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Capacidade da bateria recarregável para mais de 300 choques em 200 joules ou 12 horas de monitoramento.

BATERIA DESCARTÁVEL INDEPENDENTE DAS PÁS. Duração mínima da bateria : Mais de 140 choques em 200 J ou 10 horas de monitorização contínua. Permite registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Índice de proteção IP 56. Peso <1,3 KG. Equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: NBR IEC 60601-1;NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8 e NBR 60601-2- 4. Registro na ANVISA. Acompanha os acessórios: 1 Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável. 01 jogo de eletrodos descartável adulto 01 kit de primeiros Socorros 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Com licença livre para instalação. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Valor Total do Processo: 210.505,75