



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Av. Germano Dix, nº 3350, Jd. Carlos Gomes

À

Seção de Licitação

Processo Administrativo nº 970/2024

Pregão Eletrônico 27/2024

Em atenção ao solicitado, informamos que as empresas SOMÉDICA, CEPALAB, BRAMED, SOQUÍMICA e DAKFILM atenderam corretamente ao exigido no anexo IV deste edital, conforme a conferência dos documentos técnicos realizada por esta Vigilância Sanitária.

Atenciosamente,

Pirassununga, 30 de Julho de 2024.


Dr. Renato de Souza Ávila
Médico Responsável
Vigilância Sanitária de Pirassununga
CRM 58.699

Dr. Renato de Souza Ávila
Médico Responsável – VISA
CRM 58.699



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Protocolo Eletrônico nº 970/2024

Pregão Eletrônico nº 24/2024

Objeto: Registro de Preços de Materiais para Pacientes Insulinodependentes

ITEM 07 – TIRA REAGENTE ACCU-CHEK GUIDE		
ITENS GERAIS		
Licitante Vencedora	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	
Marca:	ROCHE DIABETES CARE GmBH	
Embalagem:	CAIXA COM 50 TIRAS REAGENTES	
Data do Protocolo:	30.07.2024	
ANÁLISE DA AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		
Ficha técnica	SATISFATÓRIO	APROVADO
Embalagem	SATISFATÓRIO	
Rotulagem	SATISFATÓRIO	
Compatibilidade entre a descrição apresentada pela empresa e a descrição solicitada no edital	SATISFATÓRIO	

Como trata-se de ata de registro de preços para atendimento judicial, foi solicitado a marca Accu-Chek Guide conforme solicitado pelo requerente no processo judicial, sendo assim a empresa vencedora do certame licitatório forneceu a amostra conforme marca solicitada, atendendo plenamente todas as especificações técnicas solicitadas no edital.

RESUMO DA ANÁLISE		
EMPRESA: SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA		
ITEM	ITENS GERAIS	ITENS EXCLUSIVOS
ITEM 07 – TIRA REAGENTE ACCU-CHEK GUIDE	MARCA: ROCHE APROVADO	-

Documento assinado digitalmente
 SAMARA RITA DE LUCCA MAGANHA
Data: 30/07/2024 15:24:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Samara Rita de Lucca Maganha
Farmacêutica-Bioquímica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Protocolo Eletrônico nº 970/2024

Pregão Eletrônico nº 24/2024

Objeto: SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML COM AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA

ITEM 3- SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML COM AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA		
ITENS GERAIS		
Licitante Vencedora	Bramed Hosp do Brasil LTDA	
Marca:	Venper Medical Supplies	
Embalagem:	CAIXA COM 100 UNIDADES	
Data do Protocolo:	31.07.2024	
ANÁLISE DA AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		
Ficha técnica	SATISFATÓRIO	APROVADO
Embalagem	SATISFATÓRIO	
Rotulagem	SATISFATÓRIO	
Compatibilidade entre a descrição apresentada pela empresa e a descrição solicitada no edital	SATISFATÓRIO	

A empresa vencedora do certame licitatório forneceu a amostra conforme marca solicitada, atendendo plenamente todas as especificações técnicas solicitadas no edital.

RESUMO DA ANÁLISE		
EMPRESA: Bramed Hosp do Brasil LTDA		
ITEM: 3	ITENS GERAIS	ITENS EXCLUSIVOS
- SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML COM AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA	MARCA: Venper Medical Supplies APROVADO	-

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO
Data: 31/07/2024 14:53:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Venâncio Ribeiro
Coordenadora da Atenção
Básica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Protocolo Eletrônico nº 970/2024

Pregão Eletrônico nº 24/2024

Objeto: Registro de Preços de Materiais para Pacientes Insulinodependentes

À Seção de Licitação

Após a apresentação do Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign GH83 e Tiras de Teste ao corpo de Enfermagem, das Unidades de Saúde da Família do Município de Pirassununga, as mesmas puderam manusear o medidor minuciosamente.

Foi apontada como característica desfavorável apresentada pelo medidor a utilização de 2 unidades de bateria de lítio 3V, ocasionando um aumento no custo do tratamento do usuário.

Buscou-se pela disponibilidade da Tira de Teste em 3 lojas do varejo de Farmácias/Drogarias do município, através de contato telefônico, e nenhuma delas dispunha do produto, de imediato. Isso demonstra a dificuldade de acesso ao produto, caso seja o desejo e/ou a necessidade do usuário.

Tentou-se contato telefônico com o SAC do distribuidor, conforme orientação contida no Manual do Usuário, porém sem sucesso, mesmo aguardando-se na espera pelo atendimento por 35 minutos.

Ainda, de acordo com o Manual do Usuário, à página 36, com título Teste de controle/Quando executar testes de controle, lê-se a exigência de se executar o teste de controle sempre ao abrir uma nova caixa de tiras de teste. Ocorre que, para o cumprimento desta exigência, faz-se necessária a aquisição de um Kit de Solução de Controle de Glicose GH para o Autoteste, o qual não faz parte do objeto desta licitação. Vale ressaltar que o referido Kit é válido por 90 dias após sua primeira abertura, de acordo com sua bula.

Em relação aos critérios exigidos no Termo de Referência, após a análise da bula das Tiras Teste, verificou-se os dizeres: ...“descarte qualquer tira restante após 6 meses após a primeira abertura do frasco”, o que infere discordância com o descritivo do edital.

Benefícios de produtos que garantem a validade após abertura:

1. **Precisão nos Resultados:** Quando a validade é garantida, os pacientes têm mais confiança de que os resultados obtidos são precisos e não foram comprometidos por um produto fora de validade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2. **Facilidade de Uso:** Pacientes não precisam se preocupar com o controle manual da validade das tiras. Isso reduz a probabilidade de erros e facilita a adesão ao tratamento ou monitoramento.
3. **Menor Risco de Erros:** Produtos que garantem a validade após abertura reduzem o risco de erros de teste causados por tiras que podem ter se deteriorado devido a condições inadequadas de armazenamento.
4. **Confiabilidade do Produto:** A garantia de validade após a abertura pode ser um indicador de um produto de alta qualidade, com boas práticas de fabricação e embalagem que protegem a integridade do produto.

Em resumo, produtos que garantem a validade das tiras após a abertura são vantajosos por reduzir desperdícios, melhorar a precisão dos testes e facilitar o uso para o paciente. Essas garantias podem simplificar o gerenciamento do produto e garantir a qualidade dos resultados obtidos.

CONCLUSÃO: Após a análise da amostra apresentada pela empresa Cepalab Laboratórios S.A. que apresentou tiras e monitores da marca Medisign, concluímos que a marca apresentada não atende aos requisitos do Termo de Referência/Descritivo, estando em desacordo com o edital. Pedimos a sua desclassificação.

Pirassununga, 31 de Julho de 2.024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELAINE GONCALVES DE AZEVEDO
Data: 31/07/2024 16:26:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elaine Gonçalves de Azevedo
Farmacêutica
Almoxarifado da Saúde