

**BLL COMPRAS**

Esclarecimentos - Processo 51/2024 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
14/11/2024 15:36	Boa tarde, Senhores Venho por meio deste, solicitar o pedido de esclarecimento referente a descrição técnica do item 2 do termo de referência, onde está sendo solicitado que o gerador de alta tensão com controle microprocessado deve ter no mínimo 65Kw de potência. Perguntamos: se geradores com potência de 64kW também seriam aceitos, considerando que essa diferença é muito pequena e não afetará significativamente o desempenho do equipamento. Diante do exposto acima, ficamos no aguardo de um breve retorno, certo de vossa compreensão.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
18/11/2024 10:35	Senhor licitante, para o lote 2, conforme consta no anexo I, o gerador de alta-tensão deve ter no mínimo 65KW de potência. As propostas devem atender integralmente ao descritivo do termo de referência, portanto, não será aceito potência inferior. Atenciosamente, Priscila de Souza Munari -Pregoeira.		Não há arquivo anexado.

PRISCILA DE SOUZA MUNARI

PIRASSUNUNGA-SP - 18/11/2024

Gerado em: 18/11/2024 10:35:57