



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

PROTOCOLO: 6384/2025

PREGÃO: 02/2026

OBJETO: Registro de Preços de materiais para pacientes insulínodépendentes

ANÁLISE DE AMOSTRAS

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA. 02.248.312/0001-44

Marca: MEDISIGN Modelo: TIRA DE GLICEMIA

Segue abaixo o descritivo contido no Termo de Referência (ANEXO I):

TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA; TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR POR MÉTODO DE LEITURA AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO COM QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE FAIXA DE MEDIÇÃO VARIANDO ENTRE 20 A 500 MG/DL ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES, O SISTEMA TIRA, REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO 20 À 65, TEMPO DE LEITURA 15 SEGUNDOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 450 TESTES, ANÁLISE EM AMOSTRA CAPILAR SEM INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS, QUE POSSA SER UTILIZADO EM NEONATOS E POR GESTANTES. O SISTEMA GLICOSÍMETRO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISO 15197:2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DA GLICEMIA, SE TIVER EM LÍNGUA ESTRANGEIRA APRESENTAR TRADUÇÃO JURAMENTADA, **FUNCIONAR APENAS COM UMA BATERIA TIPO CR2032, 3V DE LÍTIO**. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, **MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA, CÓDIGO, BOTÃO E ETC. DEVERÁ MANTER A VALIDADE DAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TIRAS APÓS A ABERTURA DO FRASCO, APRESENTAR NA PROPOSTA O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO VIGENTE EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, BULA, INSTRUÇÕES DE USO, CATÁLOGO E REGISTRO NA ANVISA DAS TIRAS E MONITOR, APRESENTAR AMOSTRA, EMBALAGEM ORIGINAL DOS ITENS OFERTADOS. (EMPRESA VENCEDORA) A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO A QUANTIDADE DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) MONITORES DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO.

1. FUNCIONAR APENAS COM UMA BATERIA TIPO CR2032, 3V DE LÍTIO

A amostra apresentada pelo licitante necessita de duas baterias para funcionar, estando em desacordo com o descritivo do Termo de Referência.

2. MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, SEM CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA, CÓDIGO, BOTÃO E ETC.

A bula das tiras da amostra apresenta descreve a necessidade de executar a **Checação de qualidade pela Solução de Controle quando você abre e começa a usar um novo frasco de tiras.**

Deve-se considerar que a Solução de Controle não compõe o objeto deste processo licitatório.

3. DEVERÁ MANTER A VALIDADE DAS TIRAS APÓS A ABERTURA DO FRASCO

A bula da amostra descreve o descarte de qualquer tira restante 12 meses após a primeira abertura do frasco.

Mediante o exposto, a amostra apresentada pela licitante **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA** está **REPROVADA** por não atender aos requisitos descritos no edital.

Pirassununga, 18 de Março de 2026.

Elaine Gonçalves de Azevedo
Farmacêutica
Almoxarifado de Medicamentos