



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS**

**PROTOCOLO:** 6384/2025

**PREGÃO:** 02/2026

**OBJETO:** Registro de Preços de materiais para pacientes insulino dependentes

### **ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. 59.225.268/0001-74**

**Marca: Roche            Modelo: Accu-Chek Active**

Segue abaixo o descritivo contido no Termo de Referência (ANEXO I):

TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA; TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR POR MÉTODO DE LEITURA AMPEROMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO COM QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE FAIXA DE MEDIÇÃO VARIANDO ENTRE 20 A 500 MG/DL ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES, O SISTEMA TIRA, REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO 20 À 65, TEMPO DE LEITURA 15 SEGUNDOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 450 TESTES, ANÁLISE EM AMOSTRA CAPILAR SEM INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS, QUE POSSA SER UTILIZADO EM NEONATOS E POR GESTANTES. O SISTEMA GLICOSÍMETRO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISO 15197:2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DA GLICEMIA, SE TIVER EM LÍNGUA ESTRANGEIRA APRESENTAR TRADUÇÃO JURAMENTADA, FUNCIONAR APENAS COM UMA BATERIA TIPO CR2032, 3V DE LÍTIO. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
CNPJ 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP: 13.631-904 INSCR. EST. ISENTA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

SEM CODIFICAÇÃO MANUAL VIA CHIP, TIRA, CÓDIGO, BOTÃO E ETC.  
DEVERÁ MANTER A VALIDADE DAS TIRAS APÓS A ABERTURA DO FRASCO, APRESENTAR NA PROPOSTA O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO VIGENTE EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, BULA, INSTRUÇÕES DE USO, CATÁLOGO E REGISTRO NA ANVISA DAS TIRAS E MONITOR, APRESENTAR AMOSTRA, EMBALAGEM ORIGINAL DOS ITENS OFERTADOS. (EMPRESA VENCEDORA) A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO A QUANTIDADE DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) MONITORES DE GLICEMIA PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO.

A amostra apresentada pela licitante está **APROVADA**, visto que atende integralmente ao descritivo do Edital.

Pirassununga, 27 de Abril de 2026.

Elaine Gonçalves de Azevedo  
Farmacêutica  
Almoxarifado de Medicamentos